

Поверка

осуществляется согласно разделу «Поверка» руководства по эксплуатации
Ба2.729.008РЭ, утвержденным ГП «Укрметртестстандарт» 20.06.2005 г.